

CARTA PROPOSTA


A PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE
PROCESSO Nº.: PMH-050719-PP01
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
DATA DE ABERTURA: 05/08/2019
HORÁRIO DE ABERTURA: 08H30MIN.


OBJETO

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Hidrolândia/CE.

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	MARCA	VALOR PROPOSTO	
					UNIT.	TOTAL
01	O desfibrilador/DEA/monitor , marca Mediana , modelo D500 , de fabricação coreana, destinado à desfibrilação e monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais em situações de cuidado de emergência em ambientes internos e externos, incluindo ambulâncias aéreas e terrestres. Funciona nos modos Desfibrilador (manual e DEA), Monitor e Marca-passo não invasivo . Equipamento constituído de corpo único com tela LCD de 8,4 polegadas colorida, resolução de 800 X 600. Controle padrão de modos por botão rotativo (Desligado, DEA, Manual, Marca passo e Monitor) e botões. Possui alarmes audiovisuais com ajustes padrão e individualizados. Realiza a desfibrilação por duas pás tamanhos adulto/infantil, com leitura de ECG por impedância. Forma de onda: Bifásico Truncado Exponencial. Modo Manual - Choques aplicados pelas pás externas: 1 a 360J. Tempo de Descarga automática: 60 seg. Tempo de Carga a 200J: 6 seg. (rede), 7 seg. (bateria); Tempo de Carga a 360J: 8 seg. (rede), 9 seg. (bateria). Sincronismo do Cardioversor: a energia começa a ser transferida com 60mseg. do pico do QRS. Modo DEA – Canal 1 ECG: Lead: II; Impedância de Paciente: 25 a 175 ohms; Frequência Cardíaca: 20-300 bpm; Tempo de Carga a 200J: 6 seg.; Entrega de Energia: 197-203J dependendo da impedância de paciente. Marca Passo - Modo: Demanda ou não-demanda; Frequência: 30-180 ppm (±2); Corrente de Saída: 0-140 mA (±5%). Modo ECG – Frequência: 0-300 bpm (±5 bpm); Terminais: 3/5/12 vias Lead I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, Pás e Pás Descartáveis (DEA); Tamanho ECG: 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 mm/mV; Velocidade: 25 mm/seg., 50 mm/seg.; Rejeição de Modo	UND	04	Mediana	R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)	R\$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais)

	<p>Comum: 90db ou mais. Análise de Segmento ST e Análise de Arritmias Avançadas. Algoritmo Interpretativo: Programa de Análise de ECG e Algoritmo de Glasgow. Respiração (por impedância): 0-120 rpm; Impedância de Base: 500-2000 ohms Lead: RA-LA. Saturação de Oxigênio (SPO2) – Faixa de Medidas: 1-100%; Frequência de Pulso (pelo SPO2): 20-300 bpm, Tecnologia Nellcor. Tendências: Eventos nas 12 derivações; Memória: 250 arquivos, com valores numéricos, alarmes, informação do choque, etc. armazenadas em cartão SD. Características Físicas - Peso: 7 kg incluindo as pás; Impressora: Térmica, utiliza papel 80 mm, velocidade de 25 mm/s e 50 mm/s; Canais: 1-3. Alimentação: 100-240V~ 50/60 Hz, 160 VA, entrada de ambulância 12-16V=; Bateria: Li-ion, 14.4V, 6.600 mA, com duração de 5 horas de carga ou 200 disparos de 200 J. Condições Ambientais de Operação: 0-50°C, 15-95% de umidade (sem saturação). Grau de Proteção: IP34. Comunicações: USB e Cartão SD. Opcionais: wifi e 3G. Dimensões: 340 x 305 x 210 (mm) (LxAxP). Registro na ANVISA: 80102511833.</p>					
02	<p>Eletrocardiógrafo, modelo E30, de fabricação Coreana, com 12 derivações, gravação contínua de 3, 6, 12 canais, e impressão em papel de 3 canais utilizando impressora térmica interna; Display LCD Colorido de 4.3", ECG de alta precisão com 2000 amostras por segundo, com memória interna de 100 arquivos e cartão SD para gerenciamento de dados. Detecção de eletrodo desconectado, Tamanho de papel padrão de 80X80mm. Alimentação 100-240V~, 50/60Hz, 60VA e Bateria interna de Lítio 10.8V 2200mAh de 3 horas de duração. Comunicação com computador RS 232, USB ou Cartão SD. Gerenciamento dos dados por software "M-trend viewer", instalado num PC e fornecido sem custo adicional, possibilidade de impressão também em impressoras inkjet ou laser através deste software. Dimensões: 310X228X72 mm. Peso aproximado de 2,5 kg. Opcionalmente pode vir placa de comunicação Wifi, DICOM. Registro ANVISA Nº 80509090003.</p>	UND	01	Mediana	R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)	R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)
SUBTOTAL LOTE 05				R\$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)		
VALOR GLOBAL DO LOTE				R\$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)		

PRAZOS

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura.

Prazo de Fornecimento: 31.12.2019

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: Samtronic Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro - CEP: 04763-040


Cidade: São Paulo

CNPJ: 58.426.628/0001-33

FONE: (11) 2244-7731/37/38

e-mail: setor.licitacao.sp@samtronic.com.br

São Paulo, 02 de agosto de 2019.


Reinaldo Garcia da Rosa Júnior
RG/ CNH Nº 273204634
CPF Nº 260.814.338-54

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREGÃO PRESENCIAL: N° PMH-050719-PP01
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.
LOCAL: AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, 640, CENTRO, CEP: 62.270-000, HIDROLÂNDIA/CE.

DADOS COMPLEMENTARES A PROPOSTA DE PREÇOS



Em atenção à licitação em referência, declaramos que:

- Os equipamentos constantes nesta proposta não necessitam de nenhuma condição elétrica ou ambiente especial para instalação e funcionamento.
- Os equipamentos serão entregues em embalagens adequadas.
- A Samtronic compromete-se a entregar os equipamentos novos, assim entendidos como aqueles não usados, tampouco reconicionados ou com peças reconicionadas.
- A Samtronic compromete-se a entregar juntamente com os equipamentos Manual Técnico e Operacional em português.
- Os certificados de calibração e aferição dos equipamentos serão entregues juntamente com os equipamentos.
- A Samtronic compromete-se a ministrar cursos, tantos quantos forem necessários para treinamento aos servidores da Prefeitura Municipal de Hidrolândia que operacionalizam os produtos licitados.
- Os cursos serão realizados no local da instalação dos equipamentos, incluindo fornecimento dos materiais necessários a sua realização, sem custo adicional para a contratante.
- A Samtronic garante a sua capacidade operativa, bem como o compromisso de instalação e manutenção dos equipamentos, quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Hidrolândia.
- A Samtronic, declara, sob as penas de lei, que, atende plenamente às exigências para participação deste certame.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Condições de Pagamento:

30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Samtronic.

Local de Entrega:

Conforme ordem de empenho.

Garantia:

Equipamentos: 01 (um) ano, a contar da entrega dos bens.

Despesas de Frete:

Pagas pela Samtronic.

Assistência Técnica:

Permanente, executada pela Samtronic durante e após o período de garantia, ou por nosso agente autorizado.

Dados do agente autorizado sediado na região:

CRS MEDICALCOMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 14.643.259/0001-65
Rua Carvalho Júnior, 332 - Bairro São João do Tauape.
Fortaleza - CE - CEP: 60.130-460.
Fone/Fax: (0XX85) 3246-1078
Contato: Cristina /Marcio


**Dados para elaboração do contrato**

Claudia Regina Matias Alonso
Diretora Geral
RG nº 13.369.557-8 SSP/SP
CPF nº 076.656.328-66

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

São Paulo, 02 de agosto de 2019.

Atenciosamente,



Reinaldo Garcia da Rosa Júnior
RG/ CNH Nº 273204634
CPF Nº 260.814.338-54