



GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

EQUIPE DE PREGÃO



1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº PMH-050719-PP01

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.

A Secretaria de Saúde do Município de Hidrolândia, através do Pregoeira Oficial, faz saber a todos, que se acha aberta a presente RETIFICAÇÃO DE EDITAL do processo licitatório em epígrafe, visando salvaguardar a supremacia do interesse da administração pública no tocante à legalidade da licitação em tela, tendo em vista as razões demonstradas adiante, buscando a aquisição de produto de qualidade com a reformulação, e por essa razão,

RESOLVE:

1º. Desmembrar o lote 3 da licitação em questão, passando todos os lotes, a partir desta, ser considerado o seguinte:

LOTE 01			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	GELAGUA BEBEDOURO DO TIPO TORRE DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 TORNEIRAS ÁGUA NATURAL E GELADA.	UND	10
02	APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT, 12.000 BTU 220W.	UND	3
03	APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU 220W.	UND	1
04	AR CONDICIONADOR - CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTU FRIO, BRANCO, CARACTERÍSTICAS BAIXO RUÍDO, CONTROLE REMOTO, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO ANTIVÍRUS, FUNÇÃO SLEEP, SELOPROCEL, COMPRESSOR VAZÃO DE AR 450, TIMER, FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA, DIRECIONADORES DE AR SAÍDA REGULÁVEL DO AR, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, VOLTAGEM 220V/110V, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: UNIDADE EVAPORADA, 1 CONTROLE REMOTO, KIT ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO, GARANTIA DE 12 MESES.	UND	5
05	AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, O): 220/60/1;	UND	5




	CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15#13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; GARANTIA DE 12 MESES.		
06	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES.	UND	14
07	TV DE LED NO TAMANHO 42 COM ENTRADA DE 2 VIDEO COMPONENTE: 1 PARA AUDIO E VIDEO; 1 USB DIVX HD; 3 HDMI; 1 RGB (15 PINOS); 1 ÁUDIO PC; 1 PARA TV A CABO; 1 RF P/TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO); 1 ENTRADA LAN (RJ45); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD); CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO; FUNÇÕES DE AJUSTE FORMATO TELA; PRÉ-AJUSTE IMAGEM; AJUSTE TEMP. COR (ACC); PRÉ-AJUSTE ÁUDIO; AJUSTE ÁUDIO; BALANÇO/AGUDOS E GRAVES; RELÓGIO: ON/OFF TIMER/SLEP TIMER; BLOQUEIO DE TECLAS; CLOSED CAPTION/FUNÇÃO MUTE; SMART ENERGY SAVING PLUS; SIMPLINK; ESTÉREO/SAP; INFINITE SURROUND SYSTEM; PROGRESSIVE SCAN; BRILHO DE 300 CD/M; CONTRASTE MÍNIMO DE 4.000.000:1; TEMPO DE REPOSTA MÍNIMO DE 8 MS; PADRÃO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU PAINEL; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	15
08	TV LCD DE 32 FULL HD COM ENTRADA USB, ENTRADA HDMI, ENTRADA PARA COMPUTADOR RS-232C, 02 ENTRADA AUDIO E VÍDEO (RCA), PAINEL IPS, SMART ENERGY SAVING; COM RESOLUÇÃO DE 1920 X 1080 E CONTRASTE DE 100.000:1; POTENCIA DE 20W RMS; AJUSTE DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDO/GRAVES;	UND	10

LOTE 02

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	MICROONDAS , (BRANCO COM CAPACIDADE DE 20L) MODOS DE OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMATICO (SERVO CONTROLE).	UND	1
02	FORNO - MATERIAL DE CONFECCÃO; AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE: 20 LITROS.	UND	2

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	BISTURI ELETRICO 250- W	UND	1
02	BISTURI ELETRICO CARACTERISTICA FISICA POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E BLEND 2 E BLEND 3 E SAÍDA BIPOLAR TOTALMENTE ISOLADA. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE E LINEAR, O QUE PERMITE SUA APLICAÇÃO DESDE MICRO E NEURO ATÉ MÉDIAS CIRURGIAS COM EXCELENTES RESULTADOS. CIRCUITO BIPOLAR: ALTA EFICIENCIA	UND	4



PODENDO SER UTILIZADAS 4 FORMAS DE ONDA E POTÊNCIA DE SAÍDA. ADEQUADAS ESPECIFICAMENTE A CADA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POTÊNCIA MÍNIMO DE 100W.		
---	--	--

LOTE 04			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	BERÇO AQUECIDO; BERÇO AQUECIDO COM SERVO CONTROLE E SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE. LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO, ACIONADA COM SOMENTE UMA DAS MÃOS.	UND	1

LOTE 05			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	DEFIBRILIZADOR CARDIACO COM CARGA REGULAVEL DE 1 A 360 JOULES AJUSTAVEIS SOBRE TECLAS DE 1 A 360.	UND	4
02	ELETCARDIOGRAMA DIGITAL 12 CANAIS ELETCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRANDE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO TELA COLORIDA DE 7" COM TECNOLOGIA "TOUCHSCREEN" VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES VIA USB DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR 200 EXAMES POSSIBILITA VISUALIZAR NA TELA OS EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E PERMITE ENVIAR, GERENCIAR E COMPARTILHAR DADOS DOS PACIENTES ATRAVES DA CONEXÃO USB OU LAN BIONET.	UND	1

LOTE 06			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	TENDA NEONATAL DE OXIGENAÇÃO TAMANHO 35X 227X35 CM MATERIAL EM ACRILICO COM NEBULIZADOR E EXTENSÃO.	UND	12
02	TENDA NEONATAL DE OXIGENAÇÃO TAMANHO 40X40X40 CM MATERIAL EM ACRILICO COM NEBULIZADOR E EXTENSÃO.	UND	6

LOTE 07			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO, 02 SAÍDAS PARA SUGADOR, REFLETOR, SAÍDA PARA MANGUEIRA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, SERINGA TRÍPLICE ACOPLADA AO EQUIPO E A CUSPIDEIRA).	UND	2
02	AMALGAMADOR ODONDOTOLÓGICO, TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	UND	5
03	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS, POTÊNCIA 2.0 HP	UND	3



GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia

MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO

EQUIPE DE PREGÃO

04	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS, POTÊNCIA 2.0 HP	UND	2
05	FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO EM RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS.	UND	10
06	FOTOPOLIMERIZAVEIS COM FIO PARA UTILIZAÇÃO EM RESINAS FOTOPOLIMERIZAVEIS.	UND	5
07	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL; COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL.	UND	5



LOTE 08			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
01	COLCHÃO HOSPITALAR EM NAPA AZUL 180X0,90.	UND	10
02	COLCHÃO HOSPITALAR CAIXA DE OVO 6 CM D 28 TAMANHO ADULTO.	UND	30

2º. Tendo em vista a retificação postulada no item anterior, este termo de retificação será publicado nos mesmos meios em que foi divulgado o aviso do edital ora retificado e disponibilizado no site do TCM no link: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes>, designando-se nova data de abertura.

3º. As demais disposições contidas no Edital permanecem INALTERADAS.

Hidrolândia - CE, 22 de Julho de 2019.


Raimundo Rodrigues de Oliveira
Pregoeiro Oficial